

Méthode de recueil de l'échantillon d'EXPECTORATION pour la recherche de MICRO-BACTERIES

- Utilisez, pour le recueil, un récipient stérile doté d'une grande ouverture et d'un bouchon à vis, fourni par le laboratoire ou à acheter en pharmacie.
- Le matin, retirez d'éventuelles prothèses dentaires mobiles et effectuez le nettoyage de la cavité orale avec de la solution physiologique, de l'eau distillée ou avec des collutoires et des gargarismes.
- Expectorez dans le récipient stérile en générant un coup de toux efficace ; recueillez au moins 2 ml de sécrétion des voies respiratoires basses. N'introduisez ni salive ni sécrétions nasales (dans ce cas, l'échantillon n'est pas considéré comme approprié).
- Revissez le couvercle avec soin.
- Remettez au laboratoire dans les plus brefs délais pour garantir la survie des micro-bactéries et pour éviter la multiplication d'autres microorganismes contaminants. En cas de retard de plus d'une heure, conserver au frigo à une température de +4°C pendant 48 heures au maximum.
- Effectuez le recueil de trois échantillons d'expectoration **sur plusieurs jours successifs**.

MD18 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 10/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole