

Cierre el catéter posterior a la válvula de extracción con abrazadera (o pinza) por lo menos una hora antes de la recolección de la orina; usando guantes desechables, desinfecte el equipo para la recolección de muestras y absorba con una jeringa estéril y aguja delgada por lo menos 20 ml de orina; vierta la orina en el recipiente estéril adquirido en farmacia o recogido en el laboratorio.

Envíe inmediatamente a Microbiología, o llegado el caso conserve en heladera a +4° C hasta un máximo de 48 horas.

D25 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 06/04/2012		